



전기분해술 - 감염 예방 및 관리 지침

전기 분해술을 제공하기 전에

- 고객의 이름, 주소, 전화번호, 시술 날짜 및 유형, 시술 제공자의 이름을 기록하십시오.
- 바늘을 포함하여 멸균 포장된 아이템의 로트 번호 및 만료일을 기록하십시오.
- 고객, 노출 사고, 멸균 포장된 아이템 기록을 최소 3년간 보관하고, 최소 1년(365일) 동안 현장에 보관하십시오.
- 절차 및 관련 위험에 대한 고객에게 고지하십시오.
- 시술을 가할 피부 부위에 붉기, 부기 또는 발진이 있는지 검사하십시오. 빨갱거나, 부었거나, 감염되었거나 발진이 있는 피부 부위 6인치 이내에는 서비스 제공을 피하십시오.
- 항상 일회용 장갑을 착용하기 전과 장갑을 벗은 후에 손을 깨끗이 닦으십시오.
- 고객마다 일회용 장갑 새것을 착용하십시오.
- 70% 아이소프로필 알코올과 같은 승인된 소독제로 피부 부위를 세척하십시오. 일회용 면봉을 사용하십시오.
- 고객 사이마다 작업대, 머리 받침대 및 의자를 저장도 소독제로 닦고 소독하십시오.

전기분해침

- 동일한 손님에게 사용하더라도 침을 재사용하거나 나중에 쓰려고 보관하지 마십시오. 침은 고객이 집으로 가져가도록 줄 수 없습니다.
- 사전 포장되고, 멸균 처리된 침만 사용하십시오.
- 멸균 침의 포장 상태는 양호한 상태여야 하고, 멸균 침은 만료일이 쓰여 있다면 그 전에 사용해야 합니다.
- 모든 침은 사용 후 승인된 날카로운 용품 수거함에 즉각 폐기하십시오. 날카로운 용품 수거함은 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.
- 사전 포장된 멸균 침에 대한 기록을 최소 3년간 보관하고, 최소 1년(365일) 동안 현장에 보관하십시오.

피부 속에서 자라는 체모 노출시키기

- 피부 안에서 자라는 체모를 노출시키려면 멸균 포장된 침을 사용하는 것이 좋습니다. 침은 사용 직후 승인된 날카로운 용품 수거함에 즉시 폐기되어야 합니다. 날카로운 용품 수거함은 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.
- 핀셋이 피부 밑으로 침투되는 것이 아닌 경우, 고객 사이마다 중간 강도의 소독제로 세척 및 소독해야 합니다.
- 만일 핀셋을 사용하여 피부 속에서 자라는 체모를 노출시키고 손상된 피부에 닿은 경우, 고객 사이마다 고강도의 소독제로 핀셋을 세척하고 소독해야 합니다.
- 살균된 침을 고정하는 데 핀셋이 사용된 경우, 고강도 소독제로 고객 사이마다 세척 및 소독해야 합니다.
- 고강도 소독제(염소 표백제 제외)는 [의료기기 활성 라이선스 목록\(MDALL\)](#)에서 캐나다 보건부의 승인을 받은 것이어야 합니다.
- 고강도 소독제 사용 기록을 최소 3년간 보관하고, 최소 1년(365일) 동안 현장에 보관하십시오. [사용 가능한 소독제 기록지 샘플이 있습니다](#)

제모기 바늘(프로브) 홀더 및 코드

- 제모기 바늘 홀더의 탈착식 팁(캡)은 한 번만 사용하거나, 각 고객 사이마다 고강도 소독제로 세척 및 소독해야 합니다.
- 비흡수성 일회용 커버로 제모기 코드와 제어판을 보호하십시오. 고객마다 커버를 교체하십시오. 제조업체의 지침을 따르십시오.

사후 관리 지침

- 모든 손님은 서비스를 받은 후 자신의 피부를 어떻게 관리하는지 그리고 피부가 붉어지거나 붓거나 불편감을 느낄 경우 어떻게 해야 하는지에 대한 정보를 구두와 서면으로 받아야 합니다.

질문이나 문의 사항이 있습니까? BodySafe@toronto.ca 또는 416-338-BODY(2639)로 BodySafe 에 문의하십시오.